



**NOTA DE ESCLARECIMENTO 001 AO EDITAL DE PREGÃO 019/2019**

**PERGUNTA 01**

01. No item número 59 –

“Foco cirúrgico de teto LED com um braço (simplex) MILE (160 000 lux) e articulado em todas as direções; Iluminação: 160 000 lux; Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K; Vida útil do LED: 50 000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor; Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia.”

Acontece que o seguinte dizer grifado de amarelo no descritivo trata-se de o Modelo de um equipamento da marca SISMATEC. Sabemos que para que haja isonomia dentro do processo licitatório não se pode descrever marca, tampouco modelo de algum equipamento específico.

Trabalhamos com os Focos Cirúrgicos da linha INPROMED, equipamento de alta qualidade e que atende integralmente ao descritivo solicitado. Porém, não é do modelo “MILE” pois se trata de um modelo de um fabricante específico.


Gostaria de saber se: Há a possibilidade de deixar o descritivo exatamente como está, porém, retirando o modelo específico solicitado ou se será aceito no dia da licitação, independente de marca ou modelo, o equipamento que atenda 100% ao descritivo supra solicitado.

**RESPOSTA 01**

Após análise, verificou-se equívoco em relação ao item supracitado, portanto fica alterada sua descrição, conforme se segue:

***Onde se lê: “Foco cirúrgico de teto LED com um braço (simplex) MILE (160 000 lux) e articulado em todas as direções; Iluminação: 160 000 lux; Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K; Vida útil do LED: 50 000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor; Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia.”***

*Leia-se: "Foco cirúrgico de teto LED com um braço (simplex), (160 000 lux) e articulado em todas as direções; Iluminação: 160 000 lux; Temperatura de cor: 3.200 – 5.000K; Vida útil do LED: 50 000 horas; Possui Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor; Possui Luz Especial para Vídeo Cirurgia."*



Liomar Alves dos Santos  
Presidente CPL

