



NOTAS:

Nota 1: A entrada principal na caixa de seção vem do depósito de materiais cirurgicos;

Nota 2: Os postos de utilização para os painéis de alarme devem estar após as válvulas de seção, VER FLUXOGRAMA;

Nota 3: Caixa de secção para dois gases, AR e Oxigênio, tampa transparente com advertências de acordo com a norma NBR 12188:2016.

Nota 4: Não deve fazer o acabamento da parede/tubo antes do teste de estanqueidade.

Nota 5: Os postos devem ficar afastados no mínimo 15cm dos seus centros.

IPAF/FELEOS UNIFIMES	CAIXA DE SEÇÃO E PAINÉIS DE ALARME	Projeto: Eduardo Souza Borges Oliveira	
	REDE DE GASES MEDICINAIS	Desenhado por: Eduardo Souza Borges	Data: 08/11/2019
		Assinatura:	Folha nº: 4/6